

医療法人 平心会 ToCROMクリニック
医療関連機器精度管理記録一覧

(2024年2月1日現在)

分類	機器名	記録名	方法	頻度	記録保管場所
生理機能検査関連	自動血圧計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		機器点検記録	自主点検(日時合わせ)	1回/日(当日)	看護室
		機器点検記録	自主点検(動作確認)	1回/月	看護室
	12誘導心電計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		機器点検記録	自主点検	1回/日(当日)	看護室
	24時間血圧計(ABPM)	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
	スパイロメータ	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
	ブラダースキャナー	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
パルスオキシメータ	点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室	
臨床検査関連	臨床検査外部委託先精度管理 外部委託先:株式会社 保健科学東日本	日臨技臨床検査精度管理調査 施設別報告書 (日本臨床衛生検査技師会)	精度管理調査実施	1回/年	臨床検査室
	遠心分離機	点検報告書	メーカー点検	1回/年	臨床検査室
放射線検査関連	一般X線撮影装置	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
	CR(コンピューテッドラジオグラフィ)装置	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
		点検記録	自主点検	1回/週	看護室
眼科検査関連	スリットランプ(一式)	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
	アプラインショントノメータ	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
	非接触眼圧計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		機器点検記録	自主点検	1回/日(当日)	看護室
	オートレフケラトメータ	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		機器点検記録	自主点検	1回/日(当日)	看護室
	無散瞳眼底カメラ	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		機器点検記録	自主点検	1回/日(当日)	看護室
	単眼倒像検眼鏡	点検記録	自主点検	使用時	看護室
	自動視野計	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
機器点検記録		自主点検	1回/日(当日)	看護室	
救急関連	自動体外式除細動器(AED)	看護日誌(ステータスインジゲータ確認)	自主点検	1回/日	看護室
		機器点検記録	自主点検	1回/月	看護室
	手動式除細動器	点検記録	自主点検	1回/月	看護室
エマージェンシーカート	点検記録	自主点検	1回/月	看護室	
保管設備関連	薬用冷蔵ショーケース(臨床検査室)	冷蔵庫・フリーザー保守点検記録	自主点検	1回/月	臨床検査室
	フリーザー(臨床検査室)	冷蔵庫・フリーザー保守点検記録	自主点検	1回/月	臨床検査室
	超低温フリーザー(臨床検査室)	冷蔵庫・フリーザー保守点検記録	自主点検	1回/月	臨床検査室
	薬用冷蔵ショーケース(薬剤管理室)	薬用保冷库自主点検記録表	自主点検	1回/月	薬剤管理室
温度記録関連	デジタル最高最低温度計(臨床検査室)	監視用温度計点検記録	自主点検(校正用温度計と比較)	1回/年	臨床検査室
	校正用温度計(臨床検査室)	校正証明書	メーカー点検	1回/2年	臨床検査室
	温度ロガー(薬剤管理室)	校正証明書	新たな校正温度ロガーと交換	1回/年	薬剤管理室
	デジタル最高最低温度計(薬剤管理室)	校正証明書	新たな校正温度計と交換	1回/2年	薬剤管理室
その他	自動身長体重計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		証明書、機器に定期検査済証印のラベル貼付	東京都計量協会による点検	1回/2年	看護室
		機器点検記録	自主点検	1回/日(当日)	看護室
	電子体温計	なし	新品交換	1回/年	-